



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. Jana Pawła II  
w Słupsku

L. dz. / K. J. N. S. / 16

Słupsk dnia 08.02.2012 r.

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę oraz zainstalowanie jednej wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem – sprawa 1/2016.

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o regulację art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2146) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsze wybrano ofertę firmy:

Nr części	Firma	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium termin dostawy	Razem punktów
1	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa	95,00	5,00	100,00

#### Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru:

Cena – 95%.

Termin płatności – 5%

#### 1. Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Nr części	Firma	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium termin dostawy	Razem punktów
1	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa  Kendrolab Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa	95,00	5,00	100,00

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt2

#### 2. Odrzucono ofertę wykonawcy:

**Kendrolab Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa**

Zamawiający wymagał aby zaoferowane urządzenie:

1. Posiadało rotor wychylony, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywki. Z przesłanych przez Państwa wyjaśnień wynika, iż zaoferowane przez Państwa urządzenie posiada rotor uchylony z pokrywką.
2. Panel kontrolny łatwy w obsłudze, umieszczony z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym parametry wirowania (czas wirowania, temperatura, prędkość obrotowa,

