

Słupsk, dnia 29.01.2016 r

dotyczy: Dostawa pojemników transferowych o pojemności 600 ml– sprawa 2/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2146) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietami z kodami kreskowymi odpowiadającymi wymogom standardu ISBT 128 zamiast EAN-128?

Odp.: Zamawiając wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietami, na których nie ma informacji o przeznaczeniu pojemnika? Zamiast tego na etykiecie umieszczona jest informacja „Pojemnik pusty 600 ml”. Oferowane pojemniki służą do przechowywania krwi i różnych jej składników w zależności od potrzeb zamawiającego, stąd informacja o konkretnym przeznaczeniu nie jest konieczna.

Odp.: Zamawiając wyraża zgodę.

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.01.2016 roku.

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krewioustwo i Transfuzjologii
Im. Jana Pawła II w Słupsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Społecznej