

Słupsk, dnia 14.04.2016 r

dotyczy: Dostawa próbek drobnego sprzętu laboratoryjnego przyłepców oraz rękawic– sprawa 12/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 2 dopuści końcówki niebieskie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 3 dopuści pipety Pasteura o pojemności do 1ml, długość 145mm, pojemność użytkowa 1 ml, z podziałką co 0,25 do 1 ml z PE?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 2

Czy zamawiający dopuści plaster o wymiarach 2,5 cm x 9,14m?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 3

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z teksturą tylko na końcach palców?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 3

Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia zapisu „(rękawice przebadane na przenikanie wszystkich substancji z załącznika A normy EN 374-1 zgodnie z EN 374-3 potwierdzone wynikiem badania z niezależnego laboratorium)”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.04.2016r.

Sp. IR

Z up. DYREKTORA
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
im. Jana Pawła II w Słupsku
mgr *Małgorzata Gradziuk*