

Słupsk, dnia 15.04.2016 r

**dotyczy: Dostawa probówek drobnego sprzętu laboratoryjnego przyłepców oraz rękawic– sprawa 12/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki w kolorze niebieskim, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

W związku z faktem iż producenci probówki o wymiarach 16x100 mm określają ją jako 10 lub 11 ml zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek o pojemności 10 ml.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.04.2016r.**

Z up. DYREKTORA  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa  
im. Jana Pawła II w Słupsku  
mgr Małgorzata Gradziuk