

Słupsk, dnia 09.06.2016 r

dotyczy: Dostawę filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym i automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włóśniczkowej z palca– sprawa 16/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2146) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 2,0 mm, szer. 0,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 2,0 mm, szer.0,8 mm.

2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 21G, szer. 1,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza nakłuwaczy w rozmiarze 21G, szer. 1,8 mm.

3. Czy Zamawiający dopuści filtry do usuwania leukocytów z krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym o następujących parametrach:

- pojemnik odbierający filtrowany KKP o pojemności 1500 ml
- służą do filtrowania od 3 do 6 jednostek zlewanych KKP
- wyposażone w zestaw do odpowietrzania i filtr w twardej obudowie

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pojemnik końcowy do przechowywania płytek posiadał pojemność 1300 ml? Chcielibyśmy zaznaczyć, iż większość filtrów obecnych na rynku polskim posiada taką pojemność oraz filtry, które obecnie są używane u Państwa w RCKIK mają pojemność pojemnika końcowego do przechowywania płytek 1300 ml.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtrów z min. 12 miesięcznym okresem gwarancji licząc od momentu dostawy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający dopuści filtry antyleukocytarne do KKP których opakowanie jednostkowe zawiera informacje w języku polskim natomiast pojemnik odbiorczy zawiera etykietę na której znajdują się informacje w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający dopuści filtry antyleukocytarne do KKP z etykietą symboliczną?

Odp.:Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwioudawstwa i Krwiolęcznictwa
Im. Jana Pawła II w Słupsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Społecznej

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie filtrów antyleukocytarnych do filtrowania jednostki KKP AF lub 4-6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w płynie lub osoczu? Zgodnie z publikacją „Medycznymi zasadami pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, pkt. 6.2.14.2.2 Otrzymywanie zlewanego KKP z 4-6 kożuszków leukocytarno- płytkowych oraz pozostawionego osocza.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający dopuści filtry z odzyskiem komórek płytkowych 92%?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy Zamawiający dopuści zestawy filtrów do usuwania leukocytów z KKP, które zakończone są drenem umożliwiającym jałowe połączenie z pojemnikiem KKP?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.06.2016 roku.

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiotwórczości i Krwiolęcznictwa
im. Iona Pawła w Słupsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Akupunktury Sjalantowej