

Słupsk, dnia 09.06.2016 r

dotyczy: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych– sprawa 17/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2146) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy pkt. 2.5) części 8 SIWZ oraz wymaganiach formularza cenowego – zał. nr 5 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie w zakresie pkt 2.5) części 8 SIWZ zaoferowanie urządzeń będących wyrobami medycznymi oraz wprowadzonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Urządzenia, które Wykonawca zamierza zaoferować w niniejszym postępowaniu są stosowane rutynowo od wielu lat w polskiej służbie krwi (m.in. w ośrodku Zamawiającego, RCKiK w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Radomiu), zgodnie z rekomendacjami IHiT i spełniają najwyższe normy i standardy jakościowe.

Jednocześnie załączamy odpowiedź otrzymaną z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ze stycznia 2015 roku, która odnosi się do zapytania skierowanego przez Wykonawcę w bliźniaczo podobnej sprawie, gdzie zostało wyjaśnione, że badaniom przeprowadzonym w IHiT podlega aparatura, sprzęt jednorazowego użytku, w tym pojemniki do pobierania krwi i przechowywania składników krwi oraz filtry do usuwania leukocytów, które nie były stosowane jeszcze w rutynowej pracy centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, aby w ramach spełniania wymagań pkt. 2.5 części 8 SIWZ, Wykonawca przedłożył oświadczenie ze wskazaniem Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, w których zaoferowane urządzenia były/są stosowane w rutynowej pracy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie oświadczeń.

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.06.2016 roku.

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. Jana Pawła II w Słupsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Specjalizacji