

Słupsk, dnia 10.06.2016 r

dotyczy: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych– sprawa 17/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2146) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy o objętości 200ml +/- 5%? W oferowanych przez nas zestawach objętość pozaustrojowa jest mniejsza niż nominalna objętość zestawu ponieważ na tę wartość składa się zarówno objętość krwi pełnej znajdującej się w zestawie jak również płynów takich jak NaCl oraz ACD-A. Co więcej, urządzenie przez nas oferowane substytuują pozaustrojową objętość krwi poprzez jednoczesną podaż fizjologicznego roztworu soli co zapobiega ewentualnej hipowolemii dawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie, które wymaga wykonania manualnych czynności przy uzyskaniu produktu finalnego/ składników krwi?**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający zgodzi się aby zawieszanie UKKP w PAS lub osoczu nie było w pełni automatyczne?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zgodzi się aby separator pobierał KKcz bez możliwości automatycznego dodawania płynu wzbogacającego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie bez detektora hemolizy? Urządzenie przez nas oferowane stale monitoruje przepływy oraz ciśnienia informując operatora o sytuacjach mogących doprowadzić do hemolizy jeszcze przed jej wystąpieniem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie w którym zgrzewarka jest urządzeniem peryferyjnym niezintegrowanym z urządzeniem?


Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.06.2016 roku.

Sp. IR


WREKTOR
Regionalnego Centrum Kardiologii i Kardiologii
im. Jana Pawła II w Szopsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Społecznej