

Słupsk, dnia 30.06.2016 r

**dotyczy: Dostawę automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi
włośniczkowej z palca– sprawa 19/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści automatyczne nakłuwacze o głębokości nakłucia 2,0 mm szer. 0,8 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 2,0 mm, szer.0,8 mm.

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. prosimy o uszczegółowienie rozmiaru - czy Zamawiający opisując szerokość 1,5 mm miał na myśli szerokość lancetu ?

Jeżeli Zamawiającemu chodziło o nakłuwacz typu Medlance o rozmiarze 2,0 mm x 1,5 mm to tego typu nakłuwacz jest wyposażony w nożyk - nie igłę.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga nakłuwacza nożykowego o rozmiarze nożyka 2,0mm x 1,5mm typu Medlance.

Tego typu nożyk umożliwia pozyskanie b. dużej ilości krwi kapilarnej pobranej z opuszki palca lub pięty.

Odp.: Zamawiający wymaga sterylnych jednorazowych automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.06.2016 roku.

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiotwórczości i Krwiolęcznictwa
im. Jana Pawła II w Słupsku
Ryszard Jaguś
Specjalista Medycyny Ogólnej
Lekarz Medycyny Społecznej