

Słupsk, dnia 04.07.2016 r

**dotyczy: Dostawę automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi  
włośniczkowej z palca– sprawa 19/2016**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 2,0 mm, szer.0,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza nakłuwacze w rozmiarze 2,0 mm, szer.0,8 mm.**
2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy w rozmiarze 21G, szer.1,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nakłuwaczy w rozmiarze 21G, szer. 1,8 mm.**

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2016 roku.**

Sp. IR

Z up. DYREKTORA  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa  
im. Jana Pawła II w Słupsku  
mgr Małgorzata Gradziuk