

Słupsk, dnia 07.03.2017 r

dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania u dawców krwi badań markerów RNA HIV RNA HCV DNA HBV metodami automatycznymi wraz z dzierżawą urządzeń z niezbędnym oprogramowaniem– sprawa 1/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 2146) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Dotyczy pkt. 3 wymagań dotyczących aparatury w zał. nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga systemu zapewniającego przebadanie co najmniej 100 donacji w ciągu 7 godz. pracy z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania systemu do badań?

Odp.: Zamawiający wymaga systemu zapewniającego wykonanie co najmniej 100 badań w ciągu 7 godzin pracy, w którym do czasu pracy doliczany jest czas niezbędny do przygotowania systemu do badań.

Pytanie 2.

Dotyczy pkt. 7 wymagań dotyczących aparatury w zał. nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza manualne przenoszenie statywów z pulami i zakręcanie probówek z pulami pomiędzy aparatem pulującym, a aparatami do automatycznej izolacji, amplifikacji i detekcji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przenoszenia statywu z próbkami ze stacji pulującej do systemu izolująco-badającego NAT.

Pytanie 3.

Dotyczy pkt. 4 opisu parametrów punktowanych.

Czy Zamawiający przyzna punkty za dostarczenie materiałów zewnętrznej kontroli jakości badań Qconnect w ilości niezbędnej do codziennego ich wykonania wraz z aplikacją do oceny wyników Qconnect i kontroli firmowej?

Odp.: Zamawiający przyzna punkty za dostarczenie materiałów zewnętrznej kontroli jakości badań Qconnect w ilości niezbędnej do codziennego ich wykonania wraz z aplikacją do oceny wyników Qconnect i kontroli firmowej wraz z transmisją wyników do systemu oceny prowadzoną on line.

Pytanie 4.

Dotyczy pkt. 5 opisu parametrów punktowanych.

Czy Zamawiający przyzna punkty jeśli wykonawca zapewni że data i godzina przyjęcia materiału do badania będzie dostępna w module Banku Krwi do zarządzania próbkami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy IdW

Pytanie 5.

Dotyczy pkt. 6 opisu parametrów punktowanych.

Czy Zamawiający przyzna punkty jeśli wykonawca zapewni że data i godzina pobrania materiału do badań będzie widoczna na wydruku wyniku z Banku Krwi?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że ostateczny wydruk będzie posiadał wszystkie wymagane dane zawarte w pkt 6 parametry punktowane.

Pytanie 6.

Dotyczy pkt. 10, Załącznik nr 2 do IdW, Wymagania dotyczące aparatury

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy IdW

Pytanie 7.

Dotyczy pkt. 12, Załącznik nr 2 do IdW, Wymagania dotyczące aparatury

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Zamawiający ma możliwość kontaktu z serwisem od poniedziałku do soboty przez 24 godziny na dobę.”

Na „Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7. Możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym.” ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

Dotyczy wzoru umowy nr 1/2017

Pytanie 8.

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 9.

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 10.

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na niezyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 11.

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze Umowy, postanowień dotyczących tzw. wykonania zastępczego, w następującym brzmieniu lub podobnym, akceptowalnym dla Zamawiającego, a uwzględniającym słuszny interes obydwu stron Umowy:

„W przypadku opóźnienia w dostawie, zamówionej partii towaru, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zlecenia wykonywania przedmiotowych badań jednostce zewnętrznej, wskazanej przez Wykonawcę, który pokrywa koszt badań wraz z kosztami transportu.

Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia zlecenia wykonania badań w jednostce zewnętrznej.

Uzasadnienie:

Proponujemy wprowadzenie postanowień umownych, które należy zabezpieczyć interes Zamawiającego oraz pozwoli na umożliwienie pracy laboratorium bez przerw podczas ewentualnego opóźnienia w dostawie odczynników. W takim przypadku Zamawiający będzie miał możliwość zlecenia wykonania badań u innego podmiotu, a Wykonawca poniesie koszt ewentualnej różnicy w cenie. Także na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania podmiotu, który wykona badania, zatem Zamawiający nie jest obciążony obowiązkiem znalezienia odpowiedniej placówki.

Ponieważ Zamawiający ma interes w tym, by otrzymać w umówionym terminie przedmiot zamówienia oraz żeby ponieść jak najniższe straty w przypadku przekroczenia tego terminu przez Wykonawcę, tak istotne jest, by strony dopuściły możliwość proponowanego wykonania zastępczego.

Dodatkowo, kary umowne, zarówno jako surogat odszkodowania, jak i prewencja przed nienależytym wykonaniem umowy, nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej ze stron umowy wzajemnej kosztem drugiej strony, co mogłoby mieć miejsce, jeśli strona zainteresowana w otrzymaniu zamówionych towarów naliczała by kary umowne za opóźnienie pomimo wykonywania badań na koszt Wykonawcy w zewnętrznym laboratorium.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 12.

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 13.

Par. 9 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odp.: W przypadku przetwarzania danych osobowych w zaproponowanym przez Wykonawcę analizatorze Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Mając na względzie, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego w IdW terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści IdW są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.03.2017 roku.

Sp. IR

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
Im. Jana Pawła II w Słupsku
lek. med. Jerzy Bartoś
Specjalista Chorób Zakaźnych