

Słupsk, dnia 20.03.2017 r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samoprzylepnych wskaźników do napromieniowywania krwi oraz licznika zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierzawą zgrzewarki – sprawa 3/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy pakietu nr 1 – liczniki zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierzawą zgrzewarki

Zgodnie z punktem 4 opis przedmiotu zamówienia ppkt. 3, Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i używania jako wyrób medyczny. Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów, którą chcemy wydzierżawić, nie jest urządzeniem medycznym w zakresie Dyrektywy o Urządzeniach Medycznych MDD 93/42/ECC, ale urządzeniem laboratoryjnym. Obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń są normy techniczne w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej itp. a tym samym nie podlega konieczności zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.03.2017 roku.

Sp. IR

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
Regionalnego Centrum Kwirowdawstwa
i Kwirowodawstwa
Inst. Jana Pawła II w Słupsku
lek. med. Jerzy Bartoś
Szpital Ginekologiczno-Zakaznych