

Słupsk, dnia 13.10.2017 r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF sprawa - 12/2017

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- 1. Dotyczy SIWZ, Część I. IDW – Załącznik nr 2, Formularz Asortymentowo-Cenowy, Pkt 1. Wymagania dotyczące dostawy krwi kontrolnej do kontroli jakości oznaczeń parametrów morfologicznych, Tabela: Parametry, Ppkt 1: Czy Zamawiający dopuści trwałość od daty dostarczenia do Zamawiającego – minimum 2 miesiące? Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.**

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie krwi kontrolnej do kontroli jakości oznaczeń parametrów morfologicznych z minimum 2 miesięcznym terminem trwałości od daty dostarczenia.

- 2. Dotyczy SIWZ, Część I. IDW – Załącznik nr 2, Formularz Asortymentowo-Cenowy, Pkt 3. Wymagania dotyczące dostawy akcesoriów do czyszczenia i konserwacji analizatora, Tabela: Parametry, Ppkt 1: Czy Zamawiający dopuści trwałość od daty dostarczenia do Zamawiającego – minimum 6 miesięcy?**

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin trwałości minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia dla akcesoriów do czyszczenia i konserwacji analizatora.

- 3. Dotyczy SIWZ, Część I. IDW – Załącznik nr 2, Formularz Asortymentowo-Cenowy, Pkt 4. Wymagania dotyczące dostawy odczynników do analizatora, Tabela: Parametry, Ppkt 1: Czy Zamawiający dopuści trwałość odczynników od daty dostarczenia do Zamawiającego - minimum 6 miesięcy? Wykonawca wskazuje, iż odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają**

aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Odp.: .: Zamawiający dopuszcza termin trwałości minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia dla odczynników dla analizatora.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.10.2017 roku.

Sp. IR

Z-ca DYREKTORA
dział. Medycznych
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
Im. Jana Pawła II w Słupsku
lek. m. d. *Beata Bartoń*
Specjalista Chorób Zakaźnych