

Słupsk, dnia 29.01.2018 r

dotyczy: **Dostawy odczynników do badań dla pacjentów z zakresów serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalania swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach pacjentów i kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek do wirowania mikrokart– sprawa 2/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o zmniejszenie ilości dostarczenia ilości nieodpłatnych dla pozycji od 2 do 5 oraz 7 ponieważ ilość testowa przekracza ilości w siwz lub stanowi ½ ilości którą Wykonawca musi zaoferować. Proponujemy ilości testowe dla w/w pozycji na poziomie 20 kart.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na ilości testowe na poziomie 20 kart.

2. Czy Zamawiający potwierdzi ,że w pozycji nr 2 można zaoferować kartę dla noworodków kolumny

A-B-AB- DVI- DAT z uwagi na fakt ,że badanie z DVI+ można wykonać na karcie z pozycji 3?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy krwinek zgodnie z harmonogramem załączonym do oferty lub umowy przez wykonawcę. Krótki termin ważności tj. 6 tygodni wymusza takie rozwiązanie aby zachować ciągłość dostaw i badań

Odp.: Zamawiający zgodnie z pkt 5 SIWZ wskazał realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

4. Kartę z pozycji 7 posiadamy z opcja nakropienia odczynnika . Z naszej wiedzy wynika, że tylko firma DiaMed Szwajcaria posiada w/w kartę w ofercie dlatego prosimy dopuszczenie karty z opcja nakropienia odczynników abyśmy mogli złożyć ważną ofertę.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Prosimy o wskazanie do jakiej pipety mają być kompatybilne końcówki do pipet (typ,marka) ?

Odp.: Kończówki do pipet muszą być kompatybilne z pipetami: ID -PIPETOR FP -4 Biorad, ID -PIPETOR FP -6 Biorad będące własnością Zamawiającego.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.01.2018 roku.

Sp. IR

DR. J. TRAKTOR
Kierownik Centrum Kriodawstwa i Kriolecznictwa
im. Józefa Pawła II w Słupsku
Ryszard Jędrzejczyk
Specjalista Medycyny Ogólnej
Stowarzyszenie Spoleczne