

Słupsk, dnia 20.07.2018 r

dotyczy: Dostawa liczników zgrzewów TSCD do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dzierzawa zgrzewarki sprawa 9/2018

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania dla nożyków do zgrzewarki TSCD wyrobu objętego przedmiotem zamówienia, który nie został zakwalifikowany przez producenta, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. Dz.U. nr 107 poz. 679, czyli nie podlega tej ustawie oraz nie podlega innym dyrektywom unijnym? Dla niniejszego asortymentu nie wystawia się deklaracji zgodności, certyfikatu CE, ani nie oznakowuje się wyrobu znakiem CE i nie ma również obowiązku dokonania zgłoszenia/powiadomienia URPLW MiPB.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Odnośnie wymogu w Formularzu Asortymentowo-Cenowym ppkt. 7 wymagań dla p. 1 Nożyki do zgrzewarki prosimy o dopuszczenie, aby przedmiot zamówienia na opakowaniu posiadał widoczny termin produkcji wraz z przedłożeniem oświadczenia producenta o gwarantowanym terminie ważności dla nożyków TSCD (załącznik nr 2).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Odnośnie wymogu w Formularzu Asortymentowo-Cenowym ppkt. 16 wymagań dla p. 2 Urządzenie do sterylnej łączności drenów prosimy o dopuszczenie urządzenia z 2013 roku, które jest objęte gwarancją, pełnym kontraktem serwisowym oraz przeszło pomyślnie przegląd

techniczny?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie z 2013r.

4. Odnośnie wymogu w Formularzu Asortymentowo-Cenowym ppkt. 13 wymagań dla p. 2 Urządzenie do sterylnej łączności drenów prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenia w ramach umowy elementów zużywalnych do siedziby zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od elektronicznej formy zgłoszenia, a w sytuacjach pilnych do 48 godzin.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Odnośnie kryterium oceny terminu dostaw, pkt. 17 SIWZ czy Zamawiający może potwierdzić, że termin dostawy wyraża się w dniach roboczych?

Odp.: Zamawiający informuje, że termin dostawy odnosi się do dnia roboczego.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.07.2018 roku.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kwiłdostwa i Kwiłolecznictwa
im. Jana Pawła II w Sypsku

mgr farm. Izabela Gadzalińska