

Słupsk, dnia 23.10.2018 r

dotyczy: **Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku** – sprawa 12/2018

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo, które w treści nie zawiera wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy.

Odp.: Zgodnie z wymaganiami SIWZ pełnomocnictwo powinno: jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawiczek zgodnych z normą EN 374 w zakresie „niska odporność chemiczna” i Mikroorganizmy”(z wyłączeniem pkt 5.3.2)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe:
 - powierzchnia zewnętrzna nie pokryta polimerem
 - poziom AQL = 1,5
 - siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu: 7,0-7,5 Nreszta parametrów zgodna z SIWZ

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na rękawice diagnostyczne nie pokryte polimerem i poziomie AQL= 1,5, nie wyraża zgody na sile zrywu przed starzeniem i po starzeniu 7,0-7,5 N

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia spełnienia parametrów zadeklarowanych w SIWZ badaniami z niezależnego laboratorium i dopuści złożenie dokumentów w postaci kart Danych Technicznych wyrobu? karty Danych Technicznych zawierają wiarygodne informacje i potwierdzają ww. wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Zamawiający rozumie za dni robocze dni od poniedziałku do piątku Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a) wzoru umowy słowa „ w wysokości 5%wartości umowy, określonej w §3 ust. 1, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca” zostały zastąpione słowami „ w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy

w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części , z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podanej) treści „ Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.10.2018 roku. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.10.2018r.

Sp. IR

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Łucja Romanowska