

Słupsk, dnia 04.03.2019 r

**dotyczy: Dostawa pojemników do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych o objętości 1300 ml oraz dostawa filtrów do usuwania leukocytów z KKCz – sprawa 1/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy pakietu nr 2 - Filtry do usuwania leukocytów z KKCz z pojemnikiem odbiorczym.**

*„W pkt. 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Formularz Asortymentowo-Cenowy Pakiet 2) Zamawiający wymaga aby filtry do usuwania leukocytów z KKCz wyposażone były w system odpowietrzania i posiadały oddzielny prefiltr, pozwalający na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji. Czy Zamawiający uzna za spełniające powyższe wymaganie w przypadku zestawów w których prefiltr jest zintegrowany z filtrem właściwym w obudowie filtra, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Takie rozwiązanie znacznie skraca czas filtracji (brak konieczności napełniania filtra i obracania pojemnika) oraz ogranicza straty preparatu. Produkt taki jest używany w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.*

**Odp: Zamawiający akceptuje zestawy, w których prefiltr jest zintegrowany z filtrem właściwym.**

**2. Dotyczy opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów – dot. pakietu nr 2**

W opisie kryteriów Zamawiający będzie oceniał m.in. czas dostawy. Prosimy o doprecyzowanie, iż oceniany będzie termin liczony w dniach roboczych?

**Odp: Zamawiający informuje, że termin dostawy będzie liczony w dniach roboczych.**

**3. Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu w § 9 ust. 2 z

**„Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

na następujący:

**„Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.**

4. Czy Zamawiający dopuści pojemniki do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych o objętości 1000 ml spełniające wszystkie pozostałe wymagania? Pojemniki stosowane są rutynowo od lat w większości Centrów Krwiodawstwa w Polsce, a także przez Zamawiającego w przeszłości.

**Odp: Zamawiający dopuszcza pojemniki o objętości 1000 ml.**

5. Czy Zamawiający dopuści pojemniki do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych o objętości 1800 ml wyposażone w dren o długości 25 cm (+/- 2,5 cm)?

Różne objętości pojemników stosowane przez różnych producentów wynikają z rodzaju tworzywa oddychającego, z których produkowane są pojemniki. Odpowiednio zaprojektowana powierzchnia pojemnika dla danego typu wykorzystywanego tworzywa oddychającego zapewnia optymalne warunki przechowywania płytek. Pojemniki o objętości 1300 ml oferowane są wyłącznie przez jednego producenta. Dopuszczenie przez Zamawiającego pojemników o innej objętości umożliwi złożenie ofert innym potencjalnym wykonawcom i wpłynie na konkurencyjność ofert.

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza pojemników o objętości 1800ml.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2019 roku.**

**Sp. IR**

**DYREKTOR**  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. Jana Pawła II w Szepsku  
*mgr farm. Izabela Gadzalińska*