

Słupsk, dnia 10.10.2019 r

dotyczy: Dostawa probówek do pobierania próbek krwi metodą próżniową, igły „przeziernikowe” i uchwyty do pobierania – sprawa 10/2019

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Pozycja nr. 4 – Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach: 0,8 mm (21G), długości igły 38 mm.?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pozycja nr. 2 – Jakiego rodzaju wypełniacza probówki zamawiający wymaga w tej pozycji?

Odp: Zamawiający nie ma określonych wymagań co do wyboru danego aktywatora krzepnięcia. Probówki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.10.2019 roku.

Sp. IR