

Słupsk, dnia 20.11.2020r

dotyczy Dostawy filtrów do usuwania leukocytów, pojemników pustych do transferu zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników wraz z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu – sprawa nr 3/2020

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy, Załącznika nr 2 do IdW, Wymagania, pkt 18: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie oprogramowania analizatora w języku angielskim z jednoczesnym zastosowaniem wygodnych w użyciu, intuicyjnych i łatwych do interpretacji ikon na ekranie monitora. Dodatkowo w oprogramowanie analizatora wbudowana jest instrukcja obsługi w języku polskim, co daje użytkownikowi możliwość szybkiej informacji na temat pojawiającego się błędu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim pod warunkiem, że ikony na ekranie monitora będą intuicyjne i łatwe do interpretacji operatora aparatu. Obowiązkowo wbudowana instrukcja obsługi w języku polskim, która poinformuje użytkownika o pojawiającym się błędzie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.11.2020 roku.

Sp. IR

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
Im. Jana Pawła II w Słupsku
K. J.
mgr Kinga Sasa

20.11.2020